

インターエアロゾル1mgをご使用になる患者の皆様へ

インター[®]エアロゾル1mgの吸入方法

アダプターからキャップを取りはずします。



吸入口を“カチッ”と音がするまで引き出し、直角になるようにします。



お薬のポンベがアダプターにしっかりとハマっているか確認し、ポンベが飛び出さないように軽く手でおさえて上下に数回よく振ります。



次に、アダプターを手のひらでくるむように、しっかり握り、人差し指をポンベに当てます。

新しいポンベを使用する時は、最初の4回は空気中に噴霧してください。

まわりに人がいないところで吸入口を外に向け、ポンベの底を下に強く4回押します。この時、吸入しないように注意してください。



吸入は立ち上がって行います。アダプターの吸入口に息がかからないように口から十分に離し、息を大きく吐き出します。



上向き加減で、アダプターの吸入口をくわえます。アダプターを動かさないようにして、息を深く強く吸い込みながら、ポンベの底を図の矢印の方向に強く1回押し、お薬を吸入します。



吸い込んだら、アダプターを口から十分に離し、5秒くらい息を止めます。その後、息を吐き出します。この時、アダプターに息がかからないようにしてください。

8 インターエアロゾル1mgは通常、1回に2噴霧分の吸入を行いますので、**5**～**7**の動作をもう1度繰り返してください。



お薬がうまく吸えていないと、アダプターより空気中にお薬が飛びちります(写真)。このような時は**5**～**7**の操作をやり直してください。

- 吸入後は、うがいをする必要はありません。
- 吸入後、のどに軽い刺激がある時は、水を飲むと刺激はおさまります。

★裏面もお読みください。

インターエアロゾル1mgをご使用になる患者の皆様へ

インター[®]エアロゾル1mgのお手入れ方法

アダプターは、毎日ぬるま湯で洗浄し、十分乾燥させてからご使用ください。
お手入れは、下記の1～8の手順で行ってください。

お薬のポンペをアダプターから取り出します。



洗い終わった後、アダプターを直角にセットした状態で、上下に4、5回よく振り、アダプターの内側の水気を振り払います。

図のように、アダプターを閉じ、ぬるま湯をアダプターの半分くらいまで入れます。



洗った後は完全に乾燥させてください。

キャップをし、上下によく振ります。



次の使用の前には、ポンペをアダプターにはめ込みます。

キャップをはずし、ぬるま湯を流し出します。



数回よく振った後、空気中に1回噴霧し、お薬がきちんと噴霧されているか確認してからご使用ください。

この部分(噴霧孔)にたまっているお薬がきれいになっているか確認してください。



⚠ 気をつけていただきたいこと

- 使用後はアダプターを閉じ、吸入口にキャップをして保管してください。
なお、アダプターを閉じる際には、手をはさまないように注意してください。
- 乳幼児の手の届かない所に、室温で保管してください(高温な場所、日の当たる場所にはおかないでください)。
- 火の中に入れてください。
- 使い切って(ガスを出し切った状態で)捨ててください。

★箱の中に説明書が入っていますので、使用前には必ずご覧ください。